



Calibración de fábrica

WKS

Núm. art. **58950019**
Modelo **WKS DMS -3000 RL**

Designación.	Calibrado en fábrica
Descripción.	Para llaves dinamométricas

Tecnologías y prestaciones.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.

Atributos técnicos.

Dirección de apriete	derecha/izquierda
Rango de medición N·m	1001-3000 N·m

Datos logísticos.

RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Volumen (envasado, dm³)	0 dm ³
Núm. art.	58950019
Peso (bruto, kg)	0,000
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,000
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	49019900
Norma de embalaje	1

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
58950002	WKS 401-600 NM	Calibrado en fábrica	
58950003	WKS 601-1000 NM	Calibrado en fábrica	
58950013	WKS 1001-3000 NM	Calibrado en fábrica	
58950016	WKS BIS 400 NM LI/RE	Calibrado en fábrica	
58950001	WKS BIS 400 NM	Calibrado en fábrica	
58950017	WKS DMS -600 RL	Calibrado en fábrica	
58950018	WKS DMS -1000 RL	Calibrado en fábrica	
58950019	WKS DMS -3000 RL	Calibrado en fábrica	