



## DAkKS-Kalibrierungen

### DAkKS

Art.-Nr. **58950021**  
Modell **DAkKS DMS -1000 RL**



**Bezeichnung.** DAkKS-Kalibrierung

**Eigenschaften.** • für Drehmomentschlüssel

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### DKD-R 10-8 / DIN 51309

In unserem DAkKS-akkreditierten Kalibrierlabor werden unsere Messwertaufnehmer und Prüfgeräte professionell kalibriert. Je nach Anforderung erfolgt dies entweder mit einem Kalibrierschein im Rahmen unserer Akkreditierung (nach DKD-R 10 8 oder DIN 51309) oder mit einem Werkskalibrierschein in Anlehnung an diese Richtlinien.

## Technische Attribute.

**Messbereich N·m** 601-1000 N·m  
**Anzugsrichtung** rechts/links

## Logistikdaten.

**Art.-Nr.** 58950021  
**Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)** 0 dm<sup>3</sup>  
**Packnorm** 1  
**WEEE/ElektroG** nicht ear-pflichtig  
**Zolltarifnr.** 49019900  
**Ursprungsland AWR** GERMANY  
**Ursprungsregion** Nordrhein-Westfalen  
**Gewicht (brutto, kg)** 0,000  
**Gewicht PAP (kg)** 0,000

Gewicht PVC (kg)

0,000

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal